

İki kapılı 670 litre AŞI SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın net hacmi en az 670 Litre, brüt hacmi en az 720 litre olmalıdır.
- Cihaz +0 ile +15 derece arasında çalışabilmelidir.
- Cihaz +4 dereceye set edilmiş olmalıdır.
- Cihaz DIN58345 standartlarına göre üretilmelidir.
- Cihaz en az ayarlanabilir 4 / 5 adet rafa sahip olmalıdır.
- Cihazın kontrol paneli renkli 4 veya 4,3 inch TFT LCD dokunmatik ekran olmalıdır.
- Ekranda Set edilen derece, güncel tarih ve saat bilgisi ayrı ayrı yer almalıdır.
- Cihaz 0.1 derece hassasiyetle şifre ile ayarlanabilir olmalıdır ve mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır.
- Cihaz dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı özel şifresi ile derece değiştirilebilir olmalıdır.
- Cihaz CFC içermeyen yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş en az 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon duvarları ile düşük enerji tüketimi sağlamalıdır.
- Cihazın dış gövdesi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cihazın iç gövdesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cihazın kabin iç aydınlatması LED lamba ile sağlanmalıdır. Dokunmatik ekran üzerinden kolaylıkla açılıp kapanabilmelidir.
- Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalıdır, evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost sistemi mevcut olmalıdır.
- Elektrik kesildiğinde en az 48 saat ekranda bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği olmalıdır.
- Cihaz elektrik kesildiğinde en az 48 saat alarm ve ekran fonksiyonlarını besleyebilen, enerji geldiğinde otomatik şarj olabilen dahili akü sistemine sahip olmalıdır.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmalıdır ve 10 yıl boyunca dahili belleğe tüm sıcaklık derecelerini kaydedebilmelidir.
- Cihaz görsel ve sesli alarm vermelidir.
- Cihazın termal yazıcısı bulunmalıdır ve tarih ve saate göre sıcaklık değerlerinin günlük çıktısı alınabilmelidir.
- Kullanım kolaylığı için dokunmatik ekran, USB port ve termal yazıcı cihaz üzerinde aynı hizada konumlandırılmalıdır.
- Üretici ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.