

# DT RDA-400 AŐI SAKLAMA DOLABI

+4°C



Çalıřma aralıęı	+2°C / +8°C
Hacim Net /Brüt	365/390 lt
Ayarlanmış ısı	+4 °C
İç ölçüler ( G x D x Y )	51 x 47 x 156 cm
Dıř ölçüler ( G x D x Y )	60 x 61 x 189 cm
Dijital Kontrol	Var
Soęutucu gaz	R600
Alarm (ısı,kapı açık)	Var
İç aydınlatma	Var
İç gövde	Plastik
Kapı kilidi	Var
Defrost	Otomatik
Raf Sayısı	5
Aęırlık Net/Brüt	75 /80 kg
Tekerlek	2 ön rotil / 2 silindir
Menőei	Türk Malı

## GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz řebeke gerilimi ile çalışmalıdır
2. Cihazın kullanılabilir hacmi en az 350 litre olmalıdır.
3. Cihaz dış ölçüleri G:60 x D: 61 x Y:189 cm olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontrolü, +2 / +8°C aralıęında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık deęerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set deęeri +4°C olarak ayarlanmış olmalıdır
5. Cihaz, +15°C /+40°C ortam sıcaklıęında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın kabin içi aydınlatması olmalıdır. Kullanıcı bunu istedięi zaman aç-kapa yapabilmelidir.
7. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatin parlak DİJİTAL ekran olmalıdır.
8. Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatu 0,1ya da 0,5 hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DİJİTAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir
9. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim PVC(plastik) olmalıdır.
10. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalı cihazın rafları kullanıcının isteęine göre ayarlanabilme özellięine sahip olmalıdır
11. Cihaz karlanma yapmayı engelleyen otomatik defrost sistemine sahip olması gerekmektedir.
12. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceęi bir yerde olmalıdır
13. Cihazın alarm sistemi;Alt-üst limit sıcaklıklar aşıldıęında ve kapı açık kaldıęında kullanıcıyı sesli olarak uymalıdır.
14. Cihaz cam kapılı olmalıdır.
15. Cihaz özel kapı menteře sistemi ile kendinden kapanır özellikte olmalıdır.
16. Cihaz gerek soęutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
17. Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet ön rotil ayak/ 2 adet arka silindir tekerleęi bulunmalıdır.
18. Cihaz firma üretim, tasarım, ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretsiz mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
19. Cihazın ISO 9001:2015, TSE Hizmet yeterlilik ,ISO 13485:2016 ve Yerli malı belgeleri bulunmalıdır.
20. Cihaz yerli üretim olmalıdır.



DT DUYGU LTD.ŐTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırkőy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr

AŐI SAKLAMA DOLAPLARI